



NEWARE BTS-4000 系列技术规格

技术指标:

设备型号: CT-4008-10V30A-NTFA 电池检测设备

设备物料编码: CT-4008-10V30A-NTFA

指标项目		指标参数
输入电源		AC 220V ±10% / 50Hz
输入有功功率		3646W
输入阻抗		≥1MΩ
分辨率		AD: 16bit; DA: 16bit
电压	每通道测量范围	充电: 0.05V~10V 放电: 0.05V~10V
	最低放电电压	0V
	精度	± 0.1% of FS
	稳定度	± 0.1% of FS
电流	每通道输出范围	充电: 0.15A~30A 放电: 0.15A~30A
	精度	± 0.1% of FS
	恒压截止电流	0.06A
	稳定度	± 0.1% of FS
功率	单通道输出功率	300W
	稳定度	±0.2% of FS
时间	电流响应时间	最大电流上升时间<20ms
	工步时间范围	≤ (365*24) 小时/工步 时间格式支持00: 00: 00.000(h、min、s、ms)
数据记录	记录条件	时间范围ΔT: 100ms
		最小电压间隔ΔV: 20mV
		最小电流间隔ΔI: 60mA
记录频率	10Hz	
充电	充电模式	恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电、电池组恒流恒压充电
	截止条件	主通道: 电压、电流、相对时间、容量、-ΔV
放电	放电模式	恒流放电、恒功率放电、恒阻放电
	截止条件	主通道: 电压、电流、相对时间、容量
辅助通道	辅助通道类型	温度 (热电偶)
	温度范围	-200℃~260℃
	温度精度	±1℃
	温度分辨率	0.1℃
脉冲模式	充电	恒流模式、恒功率模式
	放电	恒流模式、恒功率模式
	最小脉冲宽度	500ms
	脉冲个数	单个脉冲工步支持32个不同的脉冲
	充放电连续切换	一个脉冲工步可以实现从充电到放电的连续切换

版权归深圳市新威尔电子有限公司/深圳市新威新能源技术有限公司所有, 未经许可不得扩散

深圳市福田区中康路卓越城一期三栋 15 楼

<http://www.neware-technology.com>

销售人员: 朱超

电话: 0755-83128749

18576651064

邮箱: zhuchao@neware.com.cn

	截止条件	电压、相对时间
DCIR测试	支持自定义取点进行DCIR的计算	
循环	循环测试范围	1~65535次
	单循环工步数	254
	循环嵌套	具有嵌套循环功能，最大支持3层嵌套
保护	<ul style="list-style-type: none"> ● 掉电数据保护 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 具有脱机测试功能 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 可设定安全保护条件，可设置参数包括：电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限、延时时间 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● 具有防反接功能 	
通道特点	恒流源与恒压源采用双闭环结构	
IP防护等级	防护等级IP20	
通道控制模式	独立控制	
电压电流检测采样	四线制连接	
噪声	<85dB	
数据库	采用 MySQL 数据库集中管理测试数据	
上位机通讯方式	基于TCP/IP协议	
服务器磁盘配置	500GB	
数据输出方式	EXCEL2003/2010、TXT	
服务器操作系统	Windows7	
通信接口	网口	
漏电流	0.01mA	
每单元主通道数	8	

设备工作环境要求

指标项目	指标参数
工作温度范围	0℃~40℃（在 25±10℃ 范围内，保证测量精度：精度漂移 0.005% of FS /℃）
存储温度范围	-10℃~50℃
工作环境相对湿度范围	≤70% RH（没有水汽凝结）
存储环境相对湿度范围	≤80% RH（没有水汽凝结）
夹具图片	 <p>聚合物夹具 或 鳄鱼夹 或 线鼻子</p>
	图片仅供参考，以实物为准，
尺寸	18U19” 机箱，W*D*H: 600*600*1000（mm）

指标项目

指标参数

设备图片



图片仅供参考，以实物为准，

备注：不兼容带具有软起功能的保护板电池的测试